

DZIAŁ ZAOPATRZENIA I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
Tel: 18 20 11 440, Fax: 18 20 142 96  
e-mail: przetargi@klinika.net.pl

## Pytania i odpowiedzi 3

*Dotyczy:*

*Przetargu nieograniczonego o wartości wyrażonej w złotych polskich poniżej równowartości 144 000 euro „dostawa materiałów opatrunkowych oraz obłożenie pola operacyjnego”.*

Znak: STG-271-6/19

### **Pakiet 4 poz.1-3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obłożenia wykonanego z materiału o wytrzymałości na rozrywanie na mokro min. 190kPa. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza**

### **Pakiet 4 poz.6**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie nastąpiła oczywista omyłka pisarska i czy Zamawiający oczekuje w składzie sterylnego zestawu do operacji biodra 1 serwetę dolną z przyklepnym wycięciem 15x117cm?

**Odpowiedź**

**Tak. Zamawiający mylnie napisał rozmiar serwety dolnej.**

**Zamawiający chce serwetę o wymiarze 15 x 117 cm.**