

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych I x użytku” (igły, strzykawki, kaniule, ostrza, cewniki, kanki, zgłębniki, kraniki, kateter, infuzja, transfuzja, worki, opatrunki do mocowania, kaniule, szczotki, zamknięty system drenażu, filtry.) – ZP/21/2015.

Pakiet B poz. 12

Zamawiający w kolumnie „ilość” przy rozmiarze 17G nie napisał ilości sztuk, które mają być dostarczone. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jakiej ilości sztuk kaniul bezpiecznych w rozmiarze 17G wymaga?

Odpowiedź:

Zamawiający pomylił się i nie napisał ilości sztuk w pakiecie B poz. 12 są to kaniule bezpieczne 17G.

Zamawiający wymaga 100 szt. kaniul bezpiecznych 17G