



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Rzeczpospolita
Polska



Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

SPROSTOWANIE 1 DO Pytania i odpowiedzi 1

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. - serwera bazodanowego z macierzą,
40 szt. - kompletów komputerów, 20 szt. – tabletek medycznych - STG-271-POIS-2/18

Część C – tablety medyczne

- Czy Zamawiający dopuści tablety medyczne o klasie odporności IP65 których powłoka może być dezynfekowana roztworem z zawartością alkoholu ?

ODPOWIEDŹ;

Zamawiający nie dopuszcza, tabletek medycznych o klasie odporności IP65

WYJASNIENIE

Zamawiający odpowiadając na pytanie miał na myśli klasę odporności IP65 a nie powłokę.

Z-ca DYREKTORA
ds. administracyjno-ekonomicznych


mgr Maciej Frączek