

PYTANIA I ODPOWIEDZI 2

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „dostawę materiałów opatrunkowych oraz obłożenie pola operacyjnego”.

Zadanie 5 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie 1xosłony na kończynę w rozmiarze 36,5cmx72cm zamiast 38cmx75cm. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę

Pakiet 5 poz.6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w składzie sterylnego zestawu do operacji biodra 1 serwety dolnej 196x305cm z przylepnym wycięciem U 15x117cm. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę