

## Pytania i odpowiedzi 4

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawa wyrobów medycznych 1 x użytku”, nr sprawy ZP/21/2015 zgodnie z regulacją art. 38 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych zwracamy się z następującymi pytaniami:

### **Pakiet A poz.18**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły podpajęczynówkowej STANDARD 22 G (0,7 x 88) tak jak ostatnio stosowana w szpitalu.

### **ODPOWIEDŹ**

Zamawiający wyraża zgodę na igły podpajęczynówkowej STANDARD 22 G (0,7 x 88)

### **Pakiet A poz.21**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie i wyjaśnienie czy nie doszło do omyłki pisarskiej, gdyż stosowany dotychczas w państwa jednostce zestaw zewnątrzoponowy posiada igłę Tuohy 18G, wszystkie pozostałe cechy techniczne bez zmian.

### **ODPOWIEDŹ**

Tak Zamawiający mylnie napisał Igła Tuochy 16G, a powinno być igła Tuochy 18G