

## Pytania i odpowiedzi

**Przetargu nieograniczonego na:**  
**sprzedaż i dostawa implantów: system do wielosegmentowej stabilizacji odcinka piersiowo –**  
**łędźwiowo – krzyżowego kręgosłupa wraz z substytutem opony twardej.**  
**ZNAK: ZP/5/2016r**

### **Pytanie nr 1 dotyczy pakietu nr 1**

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 6 i 7 do osobnego pakietu co umożliwi innej firmie złożenie konkurencyjnej oferty na najwyższej jakości kolagenowy substytut do regeneracji opony twardej?

### **Pytanie nr 2 dotyczy pakietu nr 1**

Czy zamawiający dopuści substytut opony twardej o następującej charakterystyce:

- wzmocniona matryca kolagenowa do regeneracji opony twardej i jako bariera zapobiegająca zrostom pooperacyjnym w operacjach czaszkowych i kręgosłupowych, materiał ulegający wchłonięciu (biodegradacji) w ściśle zaprojektowanym czasie
- matryca zapewniająca szybką i skuteczną wodoszczelność
- matryca zewnątrzkomórkowa posiadająca strukturę porowatą, z otwartymi porami o określonej wielkości umożliwiającą szybkie tworzenie skrzepu i proces regeneracji opony twardej
- materiał posiadający właściwości hemostatyczne
- materiał posiadający właściwości adhezyjne
- wzmocniony materiał nie wymagający szycia ale przystosowany do szycia (preferencja operatora)
- materiał zapobiegający zrostom i bliznowaceni
- materiał wykonany z **czystego, 100% kolagenu bydlęcego typu I**

Pozostałe cechy opisane w SIWZ i rozmiary bez zmian.

### **ODPOWIEDŹ 1**

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu poz.6 i pozycje 7.  
Zamawiający dodaje do SIWZ druga tabelę

### **ODPOWIEDŹ 2**

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ