

## **Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010, Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wnoszę następujące zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Zakup i dostawa 2 szt. respiratorów.**”.

### **Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ – Opis przedmiotu Zamówienia**

1. **Do punktu 14 i 15:** Czy Zamawiający uzna za spełnienie parametrów unikalną automatyczną funkcję **SBT** - stworzoną w odpowiedzi na ustalenia Międzynarodowej Konferencji dotyczącej odzwyczajania (International Consensus Conference on weaning, - held in Budapest), na którym ustalono że najczęściej stosowaną procedurą odzwyczajania jest próba oddechu spontanicznego, oraz że protokoły odzwyczajania stosujące codzienne monitorowanie pacjenta wraz z zastosowaniem prób SBT skracają czas do ekstubacji, zmniejszają ilość tracheostomii oraz zmniejszają ryzyko ponownej intubacji?

Automatyczna funkcja SBT pozwala pacjentowi oddychać w sposób spontaniczny przez

z góry narzucony czas próby, pozwala na monitorowanie parametrów i trendów SBT, ustawia parametry odzwyczajania specyficzne dla danej próby, przekroczenie których spowoduje automatyczne zakończenie próby i bezpośrednie przejście do ustawień poprzedniego, kontrolowanego trybu wentylacji.

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ