

DZIAŁ ZAOPATRZENIA I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Tel: 18 20 11 440, Fax: 18 20 142 96
e-mail: przetargi@klinika.net.pl

Zakopane dnia 05.04.2019 r.

Pytania i odpowiedzi 2

Pakiet 2 poz 1 i 2

Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni i wyrobów medycznych włącznie z głowicami USG i optyką endoskopową na bazie czwartorzędowych związków amonowych, spektrum działania B (łącznie z MRSA), F w czasie do 1 min., V, (HBV, HIV, HVC, Vaccinia) w czasie 30 sek. Rota/Tbc - 5 min, spory Cl. Difficile - 15 min. Roztwór, którym są nasączone nie posiada w swoim składzie alkoholu, chloru, aldehydów, fenoli, oraz posiada opinię dermatologiczną oraz pozytywną opinię producentów urządzeń ultrasonograficznych. Opakowanie 120 szt. chusteczek z przeliczeniem ilości o wym. 120cm x 20 cm o gramaturze 18g / m2 wykonanych z polipropylenu/

ODPOWIEDŹ

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

Pakiet 2 poz 4

Prosimy o dopuszczenie do oceny środków do szybkiej i skutecznej dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni i wyrobów medycznych w koncentracji na bazie mieszaniny alkoholi, niezawierający fenoli i aldehydów o przyjemnym zapachu, spektrum działania B (łącznie z Tbc i MRSA), F, V, (HBV/HIV, HCV, BVDDV, Vaccina, Rotawirus, Adenowirus, Noro) - 1 minuta A.Niger i wirus Polio w czasie 2 min. Może być dozowany w postaci piany

ODPOWIEDŹ

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ