

PYTANIA I ODPOWIEDZI 3

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych Ix użytku (igły, strzykawki, kaniule, ostrza, cewniki, kanki, zgłębniki, kraniki, kateter, infuzja, transfuzja, worki, opatrunki do mocowania, kaniule, szczotki, zamknięty system drenażu, filtry
Numer postępowania STG-271-2/2019

Część nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule wyposażone w 2 paski kontrastujące w RTG, bez filtra hydrofobowego, kaniule z zastawką zapobiegającą wypływowi krwi, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

Część nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule bez obturatora?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

Część nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający ma na myśli kaniulę z mandrynem?

ODPOWIEDŹ

Tak – Zamawiający ma na myśli kaniulę z mandrynem

Część nr 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści cewniki do podawania tlenu przez nos nieregulowane w opakowaniu foliowym, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza , Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

Część nr 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych w następujących rozmiarach:

CH6/400

CH8-400

CH10/400

CH12/600

CH14/600

CH16/600

CH18/600

CH20/600

pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza ,Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

Część nr 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych w rozmiarze CH10/600 z dwoma otworami naprzeciwległymi, pozostałe rozmiary zgodne z SIWZ?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza ,Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

Część nr 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści cewniki urologiczne Foley dwudrożne w opakowaniu podwójnym: wewnętrzne: folia, zewnętrzne papier/folia o rozmiarach:

CH10- pojemność balonu 3-5ml

CH12- pojemność balonu 5-10 ml

CH14- pojemność balonu 5-10 ml

CH16- pojemność balonu 5-10ml lub 30 ml

CH18- pojemność balonu 5-10ml lub 30 ml

CH20- pojemność balonu 5-10 ml lub 30 ml?

ODPOWIEDŹ

Tak - Zamawiający dopuszcza

Część nr 1, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley w rozmiarach CH10-270 mm, pozostałe rozmiary o długości 400mm, zgodne z SIWZ?

ODPOWIEDŹ

Tak - Zamawiający dopuszcza

Część nr 1, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe posiadające 4 otwory boczne, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza ,Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

Część nr 1, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe 2 ml, 5ml, 10ml, 20 ml z pojedynczą zabezpieczeniem tłoka przed wypadnięciem, cylinder strzykawki wykonany z polipropylenu, zespół trzpień/tłok:polietylen o dużej gęstości, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza ,Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

Część nr 1, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe 20 ml w opakowaniu a'70 sztuk z przeliczeniem do 258 pełnych opakowań?

ODPOWIEDŹ

Tak - Zamawiający dopuszcza

Część nr 1, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe 50 ml wykonane z: cylinder – polipropylen, zespół trzpień/tłok – polipropylen, w opakowaniu a'25 sztuk z przeliczeniem do 1200 pełnych opakowań?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza ,Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

Część nr 1, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny posiadający tylko wyraźny optyczny identyfikator pozycji otwarty-zamknięty (oznaczone kierunki przepływu)?

ODPOWIEDŹ

Tak - Zamawiający dopuszcza

Część nr 1, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń podpajęczynówkowych 22G (0,7x90 mm)?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza ,Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

Część nr 1, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści kateter do drenażu klatki piersiowej posiadający atraumatyczny otwór końcowy oraz 2 otwory boczne naprzemianległe zapobiegających aspiracji i wrastaniu tkanek o następujących rozmiarach i długości: Ch24/34 cm \pm 1 cm, CH 28/34 cm \pm 1 cm, CH 32/34 cm \pm 1 cm, CH36/34 cm \pm 1 cm?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza ,Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

Część nr 1, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści katetery do odsysania ran REDON o długości 70 cm dla rozmiarów: CH16, CH14, CH12, CH10 pakowane w formie zwiniętej oraz CH 16 o długości 1700 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza ,Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

Część nr 1, pozycja 21

Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV, Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy w całości były wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PCV, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PCV.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza ,Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

Część nr 1, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści igły bezpieczne w rozmiarach: 25G 0,5x25mm, 23G 0,6x25mm, 22G 0,7x40mm, 21G 0,8x40mm, 20G 0,9x40, 18G 1,2x40mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

ODPOWIEDŹ

Tak - Zamawiający dopuszcza

Część nr 1, pozycja 23

Czy Zamawiający wymaga opakowań strzykawk bezpiecznych a' 100 sztuk?

ODPOWIEDŹ

Tak - Zamawiający wymaga

Część nr 1, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z PCV, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza ,Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

Część nr 1, pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści regulator przepływu z przewodem 38 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza ,Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ