



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Rzeczpospolita  
Polska



Fundusze  
Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko

### Pytania i odpowiedzi 3

Wszyscy zainteresowani

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania Dostawa 3 szt. lamp operacyjnych, 3 szt. kolumn anestezjologicznych, 3 szt. kolumn chirurgicznych - 2018/S 085-191282 uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny anestezjologicznej o udźwigu 200 kg.

Biorąc pod uwagę wagę stanowisk, aparatów do znieczulania np. firmy Drager jest to np. ok. 129 KG w wypadku stanowiska, aparatu składającego się z aparatu Primus, parownika Vapor i monitora Infinity Delta, ok. 148 KG w wypadku stanowiska składającego się z aparatu Fabius GS premium, parownika Vapor i monitora Infinity Delta. Waga stanowisk firm konkurencyjnych jest podobna (np. stanowisko GE wg danych z kart katalogowych składające się z aparatu Avance oraz monitora S5 CAM (bez parownika) waży ok. 136 KG). Wystarczający dla danej kolumny byłby udźwig wynoszący 150 KG – przy założeniu, że aparat do znieczulania miałby być podwieszany. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumn anestezjologicznych, w których głowica kolumny wyposażona w windę będzie umożliwiała udźwig stanowiska o minimalnej wadze 180 kg.

Uzasadnienie:

Zastosowanie ramienia o nośności 300kg i głowicy o nośności min.180kg jest wykonalne, ale znacznie podnosi cenę oferty, a możliwości takiego rozwiązanie nigdy nie zostaną wykorzystane. Różnica w cenie w ramienia o udźwigu  $\geq 250$ kg a ramieniem o udźwigu 200kg i głowicy o udźwigu 180kg a głowicy o udźwigu 200kg wynosi łącznie ok. 20 tys. złotych. Takich zestawów ma być 3. Jak łatwo policzyć koszt zawyżenia wymaganej nośności kolumny to około 60 tys. złotych. Opis przedmiotu zamówienia poprzez bezzasadny zapis „min. 280kg” istotnie ogranicza konkurencję wykluczając z postępowania urządzenia wielu producentów kolumn zasilających, a więc jest sprzeczny z artykułem 29 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o merytoryczne uzasadnienie.

### **ODPOWIEDŹ;**

**Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ odnośnie wymogów udźwigu kolumny anestezjologicznej. W związku z możliwością zakupów aparatów anestezjologicznych w przyszłości, Zamawiający nie chce mieć ograniczeń wagowych aparatów niektórych producentów, a zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego wiedzą są na rynku aparaty anestezjologiczne, które ważą więcej niż 180 kg.**