

Pytania i odpowiedzi

WNIOSEK O WYJAŚNIENIE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: ZP/12/2016r

Dotyczy: dostawa implantów: Zestaw umożliwiający przezskórne, przeznasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu kręgowego cementem w przypadkach nowotworów i naczynek

Pytanie nr 1, dotyczy Pakietu nr 1

Czy w pakiecie nr 1 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Zestawu do przeznasadowego podawania cementu o bardzo wysokiej lepkości i gęstości, czasie pracy cementem powyżej 8 min. System przeznaczony do trzonów kręgów zmienionych osteoporotycznie oraz nowotworowych, wykazujących tendencję do złamań. Cement: podwyższona gęstość i lepkość natychmiast po rozmieszaniu – konsystencja plasteliny, cement nieprzezierny dla promieni RTG (środek kontrastujący dwutlenek cyrkonu). Zestaw do podawania cementu wyposażony w dwie igły transpedikularne i biopsyjne, podajnik z pozwalający na kontrolę ilości podawanego cementu 0,4cc przy jednym pełnym cyklu (obrót 360°). Podawanie cementu za pomocą pompy hydraulicznej. Wszystkie elementy zestawu sterylne, jednorazowe ?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ