

## W S Z Y S C Y

**dot.: zmiany treści siwz w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę stacjonarnego cyfrowego aparatu RTG z systemem archiwizacji i dystrybucji obrazów PACS oraz śródoperacyjnego aparatu RTG z ramieniem C z płaskim detektorem cyfrowym, na potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem.**

Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej ustawą, w wyniku odpowiedzi na pytania z dnia 24.10.2017 r. Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) w zał. nr 1 do siwz w sposób następujący:

**1) pakiet nr 1, zał. nr 1 do siwz (tabela):**

- w **pkt 10.6 i 12.5** tabeli **dopuszcza się** zaoferowanie oprogramowania bez możliwości wyszukiwania obrazów na podstawie rodzaju badania;
- w **pkt 11.13** tabeli **dopuszcza się jako rozwiązanie równoważne kolorowe diody informujące o stanie systemu.**
- **pkt 13.50** tabeli poprzez jego **wykreślenie;**
- w **pkt 17.3** tabeli **dopuszcza się** zaoferowanie *oprogramowania duplikatora, które musi:*
  - *prezentować listę zadań do wykonania przez duplikator oraz możliwość ich filtrowania*
  - *pozwalać na zarządzanie kolejką zadań do nagrania w zakresie: anulowanie zadanie, ponowne wykonanie zadania;*

**2) pakiet nr 2, zał. nr 1 do siwz (tabela):**

- **pkt IV.23** tabeli **dopuszcza się** aparat z samą funkcjonalnością powiększenia obrazu;
- **pkt V.15** tabeli **otrzymuje brzmienie:** „Aparat i oprogramowanie będą pozbawione wszelkich blokad tj. kodów/haseł/kluczy serwisowych po okresie gwarancyjnym. Wykonawca zapewnia bezpłatne udostępnienie kodów serwisowych na życzenie Zamawiającego na podstawie odrębnej umowy licencyjnej”.

Pozostałe warunki siwz pozostają bez zmian

**Przewodniczący Komisji przetargowej  
dr n. med. Wojciech Kącki**