

## Pytania i odpowiedzi 2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę **sterylizatorów parowych: 1 szt. - o pojemności komory 1 STE, 1 szt. - o pojemności komory 6 STE**  
STG-271-25/17

Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i przeanalizowaniu warunków przetargu, zwracamy się z pytaniem:

1. Dot. pkt. 9- Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie w max. poborem mocy do 14 kW? Wymagana przez Zamawiającego niska moc wytwornicy pary będzie przekładać się na wydłużenie cykli sterylizacyjnych poprzez dłuższy czas nagrzewania wytwornicy, wydłużony czas poboru energii elektrycznej będzie również podnosił koszty zużycia energii elektrycznej w placówce

ODPOWIEDŹ

Tak – zamawiający dopuszcza

2. Dot. pkt. 19- Czy Zamawiający dopuści sterownik wyposażony w kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 5,7" prezentujący w czasie rzeczywistym wszystkie wymagane informacje ?

ODPOWIEDŹ

Tak zamawiający dopuszcza

3. Dot. pkt. 27- Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym błędy są wyświetlane oraz umieszczone na wydruku, ale nie zatrzymujące procesu jeśli błąd nie jest błędem krytycznym jak np. zanik wody?

ODPOWIEDŹ

Tak zamawiający dopuszcza