

Pytania i odpowiedzi 4
przesunięcie terminu otwarcia ofert

Pytanie 1

Dotyczy Odpowiedzi Zamawiającego na pytanie: „Czy Zamawiający wymaga, aby autoklaw wyposażony był we wbudowany system archiwizacji danych oraz port USB, który umożliwi przenoszenie historii cykli na komputer i drukowanie jej bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania?”

Zamawiający dopuścił możliwość kopiowania, odczytywania, przenoszenia na komputer plików *.txt jako archiwizacji procesów sterylizacji. Pliki te nie są zabezpieczone przed nieuprawnioną edycją, przez co nie mogą być traktowane jako dokumentacja medyczna.

Czy Zamawiający podtrzymuje swoją decyzję w tej kwestii ?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający mylnie napisał nie wymaga powinno być **nie dopuszcza**

Wyjaśnienie

Pliki (parametry cykli sterylizacyjnych) zapisywane w formacie tekstowym mogą być przez użytkownika ręcznie zmieniane.

Jednocześnie następuje przesunięcie terminu otwarcia ofert na dzień 23.10.2017 godz.: 11:30

Termin składania ofert pozostaje bez zmian