

Wniosek o udzielenie wyjaśnień do treści SIWZ do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr STG-271-25/17: dostawa sterylizatorów parowych: 1 szt. – o pojemności komory 1 STE, 1 szt. - o pojemności komory 6 STE.

Dotyczy: **sterylizator parowy o pojemności 6 STE.**

1. Czy Zamawiający dopuści wymiary wewnętrzne komory (szer. x wys. x długość) 660 x 710 x 960?

ODPOWIEDŹ

Tak – zamawiający dopuszcza

2. Czy Zamawiający dopuści wymiary wewnętrzne komory (szer. x wys. x długość) 660 x 660 x 990?

ODPOWIEDŹ

Tak – zamawiający dopuszcza

3. Czy Zamawiający dopuści moc urządzenia 38 kW?

ODPOWIEDŹ

Nie – zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

4. Prosimy o informację z jakiego systemu komputerowego do rejestracji i archiwizacji parametrów procesu Zamawiający korzysta aktualnie. Czy Zamawiający mając na względzie ustawę Prawo Zamówień Publicznych oraz zwiększenie konkurencyjności złożonych ofert dopuści do postępowania urządzenie mające możliwość współpracy z systemem komputerowym posiadającym przez Zamawiającego, które nie jest wytworzone przez wspólnego wytwórcę w rozumieniu pkt. 18 wymaganych parametrów? Specyfikacja Zamawiającego jednoznacznie wskazuje na określonego dostawcę, co uniemożliwia złożenie konkurencyjnych ofert oraz wyklucza innych Wykonawców.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie pracuje na systemie komputerowym do rejestracji i archiwizacji. Zamawiający posiada wydruk parametrów pracy w formie papierowej

5. Czy Zamawiający dopuści panel sterowania o przekątnej 7", co niewiele odbiega od wymagań?

ODPOWIEDŹ

Tak – zamawiający dopuszcza

6. Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie z pełnym płaszczem grzewczym komory, co gwarantuje równomierny rozkład temperatury w komorze bez zimnych stref?

ODPOWIEDŹ

Tak – zamawiający dopuszcza

7. Czy Zamawiający wymaga, aby autoklaw wyposażony był we wbudowany system archiwizacji danych oraz port USB, który umożliwia przenoszenie historii cykli na komputer i drukowanie jej bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania?

Uzasadnienie: oferowany autoklaw posiada wbudowaną pamięć 200 ostatnich przeprowadzonych cykli. Instalowany standardowo w każdym urządzeniu port USB umożliwia przesłanie zapisanych cykli na inne urządzenia. Pliki zapisywane są w formacie tekstowym (pliki

*.txt otwierane w Notatniku Windows), dzięki temu nie ma konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania na urządzeniu.

ODPOWIEDŹ

Nie – zamawiający nie wymaga

8. Czy Zamawiający wymaga, aby sterylizator posiadał wbudowany router WIFI pozwalający na zdalne, bezprzewodowe połączenie autoklawu poprzez fale radiowe z zewnętrznymi urządzeniami?

ODPOWIEDŹ

Nie – zamawiający nie wymaga

9. Czy Zamawiający wymaga, aby sterylizator posiadał program (pokazujący status, aktualne parametry procesu online, informacje o błędach w cyklach oraz potwierdzenie prawidłowo zakończonego cyklu) na urządzenie zewnętrzne?

ODPOWIEDŹ

Tak – zamawiający dopuszcza

Dotyczy: **sterylizator parowy o pojemności 1STE**

1. Czy Zamawiający dopuści panel sterowania o przekątnej 7”?

ODPOWIEDŹ

Tak – zamawiający dopuszcza

2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające drzwi na zawiasach, zamykane i otwierane ręcznie z automatycznym ryglowaniem?

ODPOWIEDŹ

Nie – zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

3. Prosimy o informację z jakiego systemu komputerowego do rejestracji i archiwizacji parametrów procesu Zamawiający korzysta aktualnie. Czy Zamawiający mając na względzie ustawę Prawo Zamówień Publicznych oraz zwiększenie konkurencyjności złożonych ofert dopuści do postępowania urządzenie mające możliwość współpracy z systemem komputerowym posiadającym przez Zamawiającego, które nie jest wytworzone przez wspólnego wytwórcę w rozumieniu pkt. 55 wymaganych parametrów? Specyfikacja Zamawiającego jednoznacznie wskazuje na określonego dostawcę, co uniemożliwia złożenie konkurencyjnych ofert oraz wyklucza innych Wykonawców.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie pracuje na systemie komputerowym do rejestracji i archiwizacji. Zamawiający posiada wydruk parametrów pracy w formie papierowej

4. Czy Zamawiający wymaga, aby autoklaw wyposażony był we wbudowany system archiwizacji danych oraz port USB, który umożliwi przenoszenie historii cykli na komputer i drukowanie jej bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania?

Uzasadnienie: oferowany autoklaw posiada wbudowaną pamięć 200 ostatnich przeprowadzonych cykli. Instalowany standardowo w każdym urządzeniu port USB umożliwia przesłanie zapisanych cykli na inne urządzenia. Pliki zapisywane są w formacie tekstowym (pliki *.txt otwierane w Notatniku Windows), dzięki temu nie ma konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania na urządzeniu.

ODPOWIEDŹ

Nie – zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

5. Czy Zamawiający wymaga, aby sterylizator posiadał wbudowany router WIFI pozwalający na zdalne, bezprzewodowe połączenie autoklawu poprzez fale radiowe z zewnętrznymi urządzeniami?

ODPOWIEDŹ

Nie – zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

6. Czy Zamawiający wymaga, aby sterylizator posiadał program (pokazujący status, aktualne parametry procesu online, informacje o błędach w cyklach oraz potwierdzenie prawidłowo zakończonego cyklu) na urządzenie zewnętrzne?

ODPOWIEDŹ

Tak – zamawiający dopuszcza

Dotyczy: **Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia**

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 31.01.2018? Termin podany przez Zamawiającego jest trudny do realizacji ze względu na fakt, że urządzenia produkowane są na zamówienie oraz dostarczane są spoza terenu Polski.

ODPOWIEDŹ

Nie - Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ