

znak postępowania: nr STG-271-30/17 – dostawa materiałów medycznych (igły, strzykawki, kaniule, ostrza, cewniki, kanki, zgłębniki, kraniki, kateter, infuzja, transfuzja, worki, opatrunki do mocowania, kaniule, szczotki, zamknięty system drenażu, filtry

Część 1

Poz.21,22

Czy zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu, ze względu na duże zróżnicowanie asortymentu ?

ODPOWIEDŹ;

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

Poz.21

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą dwukanałową - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta komora kroplowa 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, wielkość komory ok. 5,5, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm,

- rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

ODPOWIEDŹ;

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

ODPOWIEDŹ;

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą wykonaną z PVC bez dodatkowego otworu na zacisku rolkowym?

ODPOWIEDŹ;

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

Poz.22

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy,

niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200 μ m, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza czterokanałowa, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczepek na dren, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu?

ODPOWIEDŹ;

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

Czy Zamawiający dopuści przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie?

Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe.

ODPOWIEDŹ;

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

ODPOWIEDŹ;

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

ODPOWIEDŹ;

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ