



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Rzeczpospolita
Polska



Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Pytania i odpowiedzi 1

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. - serwera bazodanowego z macierzą,
40 szt. - kompletów komputerów, 20 szt. – tabletek medycznych - STG-271-POIS-2/18

Część C – tablety medyczne

- Czy Zamawiający dopuści tablety medyczne o przekątnej do 11,6 cala ?

ODPOWIEDŹ;

Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści tablety medyczne o klasie odporności IP65 których powłoka może być dezynfekowana roztworem z zawartością alkoholu ?

ODPOWIEDŹ;

Zamawiający dopuszcza

Urządzenia klasy IP67 są to urządzenia całkowicie szczelne które mogą być zanurzone poniżej linii wody przez określony czas w związku z czym czy Zamawiający zamierza w taki sposób użytkować tablety medyczne ?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zamierza korzystać z tabletki w ośrodku cieczy płynnej, zalecenia wymagań normy dotyczą możliwych zagrożeń w trakcie eksploatacji (np. zanurzenia w wodzie).

Z-ca DYREKTORA
ds. administracyjno-ekonomicznych


mgr Maciej Frączek