



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Rzeczpospolita
Polska



Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Pytania i odpowiedzi 2

Wszyscy zainteresowani

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania Dostawa 3 szt. lamp operacyjnych, 3 szt. kolumn anestezyjologicznych, 3 szt. kolumn chirurgicznych - 2018/S 085-191282 uprzejmie prosimy Zamawiającego o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Prosimy Zamawiającego o podanie typu aparatu anestezyjologicznego, który ma być podnoszony przez kolumnę anestezyjologiczną. Typ aparatu ma istotny wpływ na cenę kolumny (holdera).

ODPOWIEDŹ;

Zamawiający udziela odpowiedzi: Przykładowe typy aparatów anestezyjologicznych, które mają być podnoszone przez kolumnę anestezyjologiczną to np.: Primus firmy Dräger, Fabius GS firmy Dräger, Perseus A500 firmy Dräger, WATO EX-65 Pro firmy Mindray, WATO EX-35 firmy Mindray, A7 Anesthesia machine firmy Mindray, Carestation™ 650 firmy GE, Aestiva 5 firmy GE Datex Ohmeda itp.

2. Jeśli nie można podać typu podnoszonego aparatu do anestezji prosimy o dopuszczenie kolumn anestezyjologicznych bez holdera (bez możliwości podnoszenia aparatu do anestezji który waży ok.160kg) o nośności ramienia kolumny minimum 250kg i możliwości obciążenia samej tylko głowicy kolumny masą minimum 145kg. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o merytoryczne uzasadnienie.

ODPOWIEDŹ;

Zamawiający udzielił informacji na temat typów aparatów anestezyjologicznych, a więc podtrzymuje zapis w SIWZ odnośnie wymogów udźwigu kolumny anestezyjologicznej.

Dr n.med. Wojciech Kach
specjalista ortopedia i traumatologia
017 8321