



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



**Rzeczpospolita
Polska**



**Fundusze
Europejskie**
Infrastruktura i Środowisko

Pytania i odpowiedzi 4

Dotyczy: Dostawa 3 szt. lamp operacyjnych, 3 szt. kolumn anestetycznych, 3 szt. kolumn chirurgicznych. Znak sprawy: STG – 271 – POIŚ- 3/18

ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PYTANIE NR 1

Dotyczy: konstrukcji czaszy

Czy zamawiający dopuści jednolitą konstrukcję czaszy głównej i pomocniczej w kształcie prostokąta wykonaną z aluminium oraz krystalicznego szkła? Prostokątne czasze znacznie ułatwiają pozycjonowanie lampy co jest ich niewątpliwą zaletą.

ODPOWIEDŹ;

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

Z-ca DYREKTORA
ds. administracyjno-ekonomicznych



mgr Maciej Frączek