



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Rzeczpospolita
Polska



Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Pytania i odpowiedzi 6

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Dostawa 3 szt. lamp operacyjnych, 3 szt. kolumn anestetycznych, 3 szt. kolumn chirurgicznych”

Pytania dotyczą załącznika nr 4

CZEŚĆ „A” – Lampy operacyjne – 3 szt.

Dotyczy punktu 1.8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania i przyzna maksymalną ilość punktów za lampę operacyjną której każda czasza wyposażona jest w jeden niesterylny uchwyt znajdujący się przy przegubie czaszy?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.

Jednocześnie zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie, ale bez przyznawania punktów.

Dotyczy punktu 1.10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której z poziomu panelu sterowania umieszczonego przy czaszy lampy możliwe jest sterowanie włączaniem-wyłączaniem czaszy, regulacja natężenia światła, regulacja wielkości plamy świetlnej i przelączenie w tryb endoskopowy natomiast sterowanie temperaturą barwową czaszy odbywa się za pośrednictwem dodatkowego panelu zainstalowanego na ścianie Sali operacyjnej?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.

Dotyczy punktu 1.13

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której regulacja natężenia światła możliwa jest jedynie z poziomu panelu dotykowego umieszczonego przy czaszy lampy oraz z poziomu sterownika ściennego z dotykowym wyświetlaczem?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.

Dotyczy punktu 1.16

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której regulacja temperatury barwowej odbywa się w trzech krokach i ma zakres 3900K do 5100K?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.



Dotyczy punktu 1.18

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania i przyzna maksymalną ilość punktów za lampę operacyjną w której czasie mają kształt wieloboku?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.

Jednocześnie zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie, ale bez przyznawania punktów.

Dotyczy punktu 1.21

Czy Zamawiający dopuści i przyzna maksymalną ilość punktów za zaoferowanie lampy operacyjnej w której obie strony mają możliwość instalacji kamery Full HD w miejsce uchwytu sterylnego mieszczącego się w środku czaszy, gdzie kamera pozostaje niezabudowana za szybką ochronną i wystaje poza obrys kopuły?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.

Jednocześnie zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie, ale bez przyznawania punktów.

Dotyczy punktu 1.23

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania systemu umożliwiającego eksport sygnału z kamery poza salę operacyjną?

ODPOWIEDŹ;

TAK. Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ odnośnie podania rozwiązania przesyłania/ eksportu sygnału HD z kamery, poza salę operacyjną.

Dotyczy punktu 1.24

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której sterowanie parametrami kamery odbywa się za pośrednictwem ściennego sterownika lampy który podłączony jest do skrzynki zasilająco-sterującej lampy za pomocą przewodu?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.

Dotyczy punktu 1.25

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której kamera ma możliwość wykonania zoomu optycznego 6,5x?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.

Dotyczy punktu 1.30

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną wyposażoną w wysięgnik na monitor nie wyposażony w schowek na zasilacz monitora?

ODPOWIEDŹ;

Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie o ile wszystkie przewody i/lub zasilacze są ukryte w ramieniu wysięgnika i/lub obudowie monitora

Dotyczy punktu 1.32

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną wyposażoną w monitor medyczny nie wyposażony w DisplayPort?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.

CZEŚĆ „B” – Kolumny Anestezjologiczne – 3 szt.

Dotyczy punktu 3.2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę anestezjologiczną w której wysokość konsoli wynosi 1004mm?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.

Dotyczy punktu 3.12

Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną w której szyny akcesoryjne zainstalowane są na tylnej ścianie głowicy?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.

Dotyczy punktu 3.14

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę anestezjologiczną w której schowki na nadmiar kabli umieszczone są w środkowej części konsoli?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.

Dotyczy punktu 3.16

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę anestezjologiczną w której zasięg kolumny wynosi 1900mm?

ODPOWIEDŹ:


Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.

Dotyczy punktu 3.19

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę anestezjologiczną w której blokowane są dwa przeguby tak jak w kolumnie chirurgicznej?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.



Dotyczy punktu 3.21

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę anestezjologiczną wyposażoną w pionowy lub poziomy uchwyt wyposażony w czujnik pojemnościowy do zwalniania blokady przegubów gdzie uchwyt zainstalowany jest na pionowej szynie głowicy?

ODPOWIEDŹ;

Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie , ale go nie wymaga.

Dotyczy punktu 3.22

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę bez oznaczeń kolorystycznych przycisków i przegubów ramion?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.

Dotyczy punktu 3.23

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę anestezjologiczną o udźwigu 160kg?

ODPOWIEDŹ;

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ odnośnie wymogów udźwigu kolumny anestezjologicznej

Dotyczy punktu 3.27

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę anestezjologiczną wyposażoną w wysięgnik o długości 40cm do mocowania drążka infuzyjnego, gdzie drążek infuzyjny posiada cztery zaczepy do wieszania płynów infuzyjnych, zaczepy umieszczone w jednej linii?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.

Dotyczy punktu 3.29

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę anestezjologiczną której wysięgnik na płyny infuzyjne nie posiada wewnętrznego kanału do prowadzenia przewodów?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.

CZĘŚĆ „C” – Kolumny Chirurgiczne – 3 szt.

Dotyczy punktu 5.3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę chirurgiczną w której pełny ruch od najniższego do najwyższego położenia ramienia uchylnego trwa poniżej 25 sekund?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Rzeczpospolita
Polska



Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Dotyczy punktu 5.13

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania kolumnę chirurgiczną z elektropneumatyczną blokadą przegubów?

ODPOWIEDŹ;

Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie, ale go nie wymaga.

Dotyczy punktu 5.14

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania kolumnę anestezjologiczną w której zwalnianie blokady przegubów odbywa się poprzez zaciśnięcie dłoni na uchwycie wyposażonym w czujnik pojemnościowy?

ODPOWIEDŹ;

Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie, ale go nie wymaga

Dotyczy punktu 5.14

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania kolumnę chirurgiczną bez oznaczenia kolorystycznego na ramionach wysięgnika?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.


Dotyczy punktu 5.20

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania kolumnę chirurgiczną w której półki nie posiadają zabezpieczonych narożników ?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.

Z-ca DYREKTORA
ds. administracyjno-ekonomicznych


mgr Maciej Frączek