

Pytania o odpowiedzi 3

Dotyczy: Dostawa materiałów opatrunkowych oraz obłożenie pola operacyjnego.

Znak: STG-271-6/20

Pakiet 4 poz. 1-3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obłożenia wykonanego z materiału o wytrzymałości na rozrywanie na mokro min. 190kPa. Pozostałe wymogi- zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza

Pakiet 4 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie nastąpiła oczywista omyłka pisarska i czy Zamawiający oczekuje w składzie sterylnego zestawu do operacji biodra 1 serwetę dolną z przylepnym wycięciem 15x117cm?

ODPOWIEDŹ

Tak nastąpiła omyłka pisarska powinno być 15 x 117 cm

Pakiet 4 poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego o barierowości min. 45mm H₂O, wytrzymałości na wypychanie min. 107kPa, rozmiar S/M-2XLL. Pozostałe wymogi- zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza

Pakiet 4 poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niesterylnego fartucha izolacyjnego o gramaturze 18g/m². Pozostałe wymogi- zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza

Z-ca DYREKTORA
ds. administracyjno-ekonomicznych

mgr Maciej Frączek