

Pytania i odpowiedzi 3

Poniżej przesyłam pytania do postępowania przetargowego numer: STG-271-26/20 .

Dotyczy: STG-271-26/20 , Pakiet nr 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści dwudrożny cewniki Foleya wykonany z naturalnej gumy lateksowej pokrytej silikonem z dwoma naprzeciwległymi otworami z końcówkami kodowanymi kolorami o przekroju jak poniżej:

- cewnik 8Fr o długości 30cm i balon o pojemności: 3ml - 5ml
- cewnik 10Fr o długości 30cm i balon o pojemności: 3ml - 5ml
- cewnik 12Fr o długości 38cm i balon o pojemności: 3ml - 5ml
- cewnik 14Fr o długości 38cm i balon o pojemności: 15ml - 30ml
- cewnik 16Fr - 20Fr o długości 38cm i balon o pojemności: 30ml - 50ml

Cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu. Produkt sterylizowany pakowany podwójnie w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier, co umożliwi ich aseptyczne użytkowanie.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

Dotyczy: STG-271-26/20 , Pakiet nr 1, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya wykonany z 100% z silikonu dwudrożny, z dwoma naprzeciwległymi otworami z końcówkami kodowanymi kolorami o przekroju jak poniżej:

- cewnik 8Fr o długości 33cm i balon o pojemności: 2ml - 3ml
- cewnik 10Fr o długości 33cm i balon o pojemności: 3ml - 5ml
- cewnik 12Fr o długości 42cm i balon o pojemności: 5ml - 10ml
- cewnik 14Fr - 20Fr o długości 42cm i balon o pojemności: 20ml - 30ml

Cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu. Produkt sterylizowany pakowany podwójnie w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier, co umożliwi ich aseptyczne użytkowanie

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5 z Pakietu nr 1 i stworzy osobny pakiet?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wydziela zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 7 z Pakietu nr 1 i stworzy osobny pakiet?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wydziela zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

Dotyczy: STG-271-26/20 , Pakiet nr 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań w rozmiarze dużym (długość 16,5cm) preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem w środkowej jego części. Mocowanie to zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano w nich unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym poliestrem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 z Pakietu nr 2 i stworzy osobny pakiet?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wydziela zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ